




BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 0707.01/2023 - MUNICIPIO DE MERUOCA



Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
18/07/2023 08:57	Sr. Pregoeiro, bom dia! Por gentileza, solicito esclarecimento quanto ao preenchimento da proposta eletrônica na plataforma, haja vista que é exigido a MARCA/FABRICANTE do produto. Ocorre que a MARCA/FABRICANTE do gás é o mesmo da empresa (de fabricação própria), deve-se colocar a marca comercial (que é o nome da empresa), ou devemos preencher no campo como MARCA PRÓPRIA para evitar a identificação da empresa?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
18/07/2023 09:46	Bom dia, coloque marca própria para evitar identificação e consequente desclassificação		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
18/07/2023 09:42	Sr. Pregoeiro, bom dia! Por gentileza, solicito esclarecimento Técnico do Item 01 - Ventilador Mecânico bibap (continuo) Sobre os valores de pressão, se há necessidade de bateria interna ou não, peso, uso invasivo?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
26/07/2023 09:52	BOM DIA. BATERIA INTERNA SIM. MODOS DE PRESSÃO (CPAP, S, ST, PC,T, PC-SIMV) MODOS DE VOLUME (AC, CV, SIMV), VENTILAÇÃO HÍBRIDA VOLUME MÉDIO ASSEGURADO COM PRESSÃO DE SUPORTE. PRESCRIÇÃO DUPLA, CAPACIDADE INVASIVA E NÃO-INVASIVA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS (a partir 5kg), IPAP: 4 A 50 CMH2O, EPAP: 0 A 25 CMH2O COM VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO ATIVA 4 A 25 CMH2O COM PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVA, PEEP: 0 A 25 CMH2O COM VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO ATIVA 4 A 25 CMH2O COM PORTA DE EXPIRAÇÃO PASSIVA, SUPORTE DE PRESSÃO 0 A 30 CMH2O, VOLUME CORRENTE 21 A 2.000 ML.		Não há arquivo anexado.